
 <p>Prefeitura de Porto Alegre SECRETARIA DE SAÚDE</p>	<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DIRETORIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM</p>	
<p>Data Emissão: 04/2023</p>	<p>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Nº 50 REVISÃO DA SALA CIRÚRGICA E SEPARAÇÃO DO MATERIAL CCA IAPI</p>	<p>Próxima Revisão 2024</p>
<p>Elaborado: Rafaela Bernardes Escouto Enfermeira/COREN/RS 0165006 Mara Regina Costa Téc. Enf./COREN/RS 0426113 Patrícia Almeida Maicá Téc. Enf./COREN/RS 0657470 Vanessa Severo Coffy Enfermeira/COREN/RS 110074</p>	<p>Revisado: Vanessa Severo Coffy Enfermeira/COREN/RS 110074 Leonardo Rodrigues Enfermeiro/COREN/RS0524245</p>	<p>Aprovado: Comitê de Enfermagem Leonardo Rodrigues Enfermeiro/COREN/RS0524245 Direção da APS</p>

DEFINIÇÃO: Estabelecer parâmetros para a Conferência dos Instrumentais e materiais utilizados na assistência em caixas e bandejas. Objetivando assim a verificação e constatação de falhas, em quantitativos instrumentais para as atividades.

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Equipe de Enfermagem

DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO:

Itens a serem verificados:

Materiais a se manter/revisar estoque na ante-sala cirúrgica:

- Fios cirúrgicos: Vicryl 3, 4 e 5;
- Soro fisiológico: 100, 250 e 500ml;
- Anestésicos: lidocaína frasco-ampola e tubetes com e sem vasoconstritor; ropivacaína frasco-ampola.

Cautério:

- Placa;
- Cabo para placa de cautério;
- Pedais, cabo de força.

Mesa cirúrgica:

- Verificar condições de limpeza e adequação da mesma ao procedimento que será realizado.



Mesas auxiliares:

- Revisar limpeza, desinfecção e firmeza dos pés e rodízios.

Mesa de materiais:

- Compressas e gazes;
- Luvas estéreis (diversos tamanhos);
- Almotolia com iodoformo;
- Almotolia com clorexidina alcóolico;
- Almotolia com clorexidina aquosa;
- Frascos com formol para AP;
- Soro fisiológico;
- Seringas;
- Agulhas;
- Lâminas;
- Anestésicos;
- Micropore;

- Tesoura;

 Prefeitura de Porto Alegre <small>SECRETARIA DE SAÚDE</small>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DIRETORIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM	
Data Emissão: 04/2023	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO N° 65 REVISÃO DA SALA CIRÚRGICA E SEPARAÇÃO DO MATERIAL CCA IAPI	Próxima Revisão 2024

- Luva de procedimento.

Materiais para intercorrência:

- Bandeja para punção;
- Abocath;
- Garrote;
- Almotolia de álcool 70;
- Algodão;
- Micropore;
- Soro;
- Extensor ou dãnula;
- Caixa de medicamentos (verificação mensal de estoque/validade ou sempre que necessário após uso).

Foco Cirúrgico

- Verificar o funcionamento das lâmpadas;

Suporte de soro

- Manter dois em cada sala cirúrgica;

Lixeiras

- Duas com saco branco para lixo biológico;
- Uma com saco de lixo verde para material reciclável.

Escadinha

- Uma na frente da mesa cirúrgica.

Considerações

- Após o procedimento cirúrgico, proceder à reposição dos materiais.

Observações:

Enfermeiro: Garantir que todos os materiais sejam separados de acordo com o número de procedimentos do dia.

Técnico/Instrumentador: Separar os materiais de acordo com o número de procedimentos previstos;

- Verificar a presença dos equipamentos, focos cirúrgicos e eletrocautérios;
- Verificar as condições de limpeza dos mesmos;
- Testar os equipamentos (ligar), comunicando a enfermeira se houver falha no funcionamento.

RESULTADO ESPERADO:

- Verificar o funcionamento dos equipamentos e a disponibilidade dos materiais necessários para a realização do procedimento cirúrgico sem intercorrências, para maior segurança do paciente;
- Proporcionar maior agilidade ao procedimento, deixando separados previamente os materiais cirúrgicos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO N° 20- SEPARAÇÃO DE MATERIAL PARA O BC-HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS DE PORTO ALEGRE, OUTUBRO DE 2021.